

6

注射部位を軽くおさえます。



- ① 注射部位をアルコール綿などで軽くおさえます。
- ② アルコール綿などをはずして、注射部位から血が出ていないことを確認して、注射は終了です。

⚠ 腫れることがありますので、注射部位はもまないでください。

7

使用済みのプレフィルドシリンジを廃棄します。



- プレフィルドシリンジは1回ごとの使い捨てです。使用後は再度使用せずに、医療機関の指示に従って廃棄してください。
- プレフィルドシリンジを分解しないでください。

- ⚠ 使用済みのプレフィルドシリンジは医療廃棄物です。絶対に自分で廃棄せず、医療機関の指示に従い、取扱いには十分注意してください。
- ⚠ お子様に触れないように注意してください。

パソコン、携帯電話からベンリスタに関する情報をご覧いただけます。

<https://kusurigsk.jp/BL/>

二次元コードが読み取れない場合は、上記URLを直接ご入力ください。



ベンリスタの使い方のお問い合わせは、

メディカル・インフォメーション

TEL:0120-561-305

(9:00~17:45 / 土日祝日および当社休業日を除く)

または、医師、薬剤師、看護師にご相談ください。

ベンリスタの使い方

皮下注射用

本製品は15歳以上のSLE患者さんがご使用いただけます

注射を始める前に……



- 机を拭きましょう
- 手を洗いましょう
- アルコール綿・廃棄容器を準備しましょう
(製品には同梱されておりません)



【保管に関する注意】

- 冷蔵保存してください。(冷凍しないでください。)
- 外箱に入れたまま遮光保存してください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。


【取扱いに関する注意】

- 振らないでください。
- 硬い場所に落とした場合は使用しないでください。

1

明るくて清潔な場所に以下のものを準備します。

【プレフィルドシリンジ】



※キャップは注射の直前まではずさないでください。




- プレフィルドシリンジは、冷蔵庫から取り出し、常温になるまで**30分間**待ちます。

- ⚠ プレフィルドシリンジを電子レンジ、熱湯、直射日光などで温めないでください。
- ⚠ 12時間以上常温に放置された場合は使用しないでください。
- ⚠ 使用期限を過ぎている場合は、使用しないでください。

2

薬液を確認します。





- 未使用の製品であることを確認します。

- ⚠ 薬液に濁りや粒子がみられる場合は、使用しないでください(薬液が透明またはやや黄色みがかっている、いくつか気泡が入っているのは正常です)。

3

注射部位を選び、消毒します。




- ① 注射する部位は「腹部」または「太もも」です。
- ② 注射部位を選び、アルコール綿で拭いて消毒します。

- ⚠ 同じ箇所を繰り返し注射しないでください。
- ⚠ 皮膚が赤い、傷がある、硬くなっている部位には、注射しないでください。
- ⚠ 消毒した部位は、再度手が触れないよう注意してください。

4

キャップをはずします。




- プレフィルドシリンジの本体を持ち、針を外側に向けます。キャップをまっすぐ引いてはずします。

- ⚠ 注射の直前までキャップをはずさないでください。
- ⚠ 一度はずしたキャップは本体に戻さないでください。

5

注射を始めます。



- ① 片手にプレフィルドシリンジを持ち、もう一方の手で注射部位周辺の皮膚を優しくつまみます。つまんだ皮膚に、斜め45度に針を挿入します。針が完全に挿入されたら、つまんでいた皮膚を放します。つまむ際はつまんだ指に針が刺さらないようご注意ください。

- ② 薬液がすべて注入されるまで、プランジャーを押し切ります。

- ③ シリンジを持ったまま、親指をゆっくりと後ろに引くと、プランジャーが引き上がります。針が自動的に上がり、ニードルガードの中に隠れます。

使用後は、針がニードルガードに隠れます。